

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterStain™ Methyl Blue**
Mã sản phẩm: **04006**
Lô sản xuất: **080325**
Hạn sử dụng: **080327**
Bảo quản: **18°C – 25°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **08/03/2025**

KẾT QUẢ

Chủng chuẩn	Điều kiện	Kết quả
Tiêu bản dương	Vật kính 100X	AFB bắt màu đỏ trên nền xanh sáng, không thấy cạnh thuốc nhuộm
Tiêu bản âm		Không thấy AFB


KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)


TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng



Huỳnh Bích Trâm



Doãn Đức Đại