

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterStain™ Crystal Violet**
Mã sản phẩm: **04007**
Lô sản xuất: **080325**
Hạn sử dụng: **080327**
Bảo quản: **18°C – 25°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **08/03/2025**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Thể tích	100 ± 2 mL	Đạt
Cảm quan	Đồng nhất về màu sắc, không phân lớp, không cặn	Đạt
Hình thể vi khuẩn ở vật kính 100X	<i>E.coli</i> ATCC 35218: Trục khuẩn Gram (-) bắt màu hồng	Đạt
	<i>S. aureus</i> ATCC 25923: Cầu khuẩn Gram (+) bắt màu xanh	Đạt


KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN


(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2025

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng


Huỳnh Bích Trâm


Doãn Đức Đại