

## CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **TraceMedia™ Thạch Máu Ngựa (HBA)/ BacterPlate™**  
**Thạch Máu Ngựa (HBA)**  
Mã sản phẩm: **TM1022.010/ 05007**  
Lô sản xuất: **211224**  
Hạn sử dụng: **210325**  
Bảo quản: **2°C – 8°C**  
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**  
Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

### KẾT QUẢ

| CHỈ TIÊU              | TIÊU CHUẨN                                                 | KẾT QUẢ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Cảm quan              | Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp       | Đạt     |
| Màu sắc               | Thạch màu đỏ tươi, đục                                     | Đạt     |
| Độ pH                 | 7,3 ± 0,2                                                  | Đạt     |
| Độ dày của thạch (mm) | 4 ± 1                                                      | Đạt     |
| Đường kính đĩa (mm)   | 90 ± 0,5                                                   | Đạt     |
| Thể tích (mL)         | 20 ± 2                                                     | Đạt     |
| Độ vô trùng           | Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C từ 18 – 24 giờ | Đạt     |

| HIỆU NĂNG                                                                                                    | TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Điều kiện nuôi cấy sau 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy ≤ 10 <sup>3</sup> – 10 <sup>4</sup> CFU/ mL |            |         |
| <i>H. influenzae</i> ATCC 33533                                                                              | Mọc tốt    | Đạt     |
| <i>S. pyogenes</i> ATCC 19615                                                                                | Mọc tốt    | Đạt     |


### KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng



**Huỳnh Bích Trâm**



**Đoàn Đức Đại**