

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **TraceMedia™ Mueller Hinton Agar Máu Ngựa/ BacterPlate™ Mueller Hinton Agar Máu Ngựa (MHBA)**

Mã sản phẩm: **TM3322.010/ 05041**

Lô sản xuất: **290824**

Hạn sử dụng: **291224**

Bảo quản: **2°C – 8°C**

Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**

Thời gian thực hiện: **29/08/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Thạch màu đỏ tươi, đục	Đạt
Độ pH	7,3 ± 0,2	Đạt
Độ dày của thạch (mm)	4 ± 1	Đạt
Đường kính đĩa (mm)	90 ± 0,5	Đạt
Thể tích (mL)	20 ± 2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy sau 3 - 5 ngày, ủ ở 35 – 37°C, 5 – 10% CO₂ với lượng cấy ≤ 10³ – 10⁴ CFU/ mL		
<i>H. pylori</i> ATCC 43504	Phát triển tốt, kích thước các vòng ức chế theo CSLI	Đạt
Điều kiện nuôi cấy sau 18 - 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, 5 – 10% CO₂ với lượng cấy ≤ 10³ – 10⁴ CFU/ mL		
<i>H. influenzae</i> ATCC 33533	Phát triển tốt, kích thước các vòng ức chế theo CSLI	Đạt
<i>N. meningitidis</i> ATCC 13090		Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng




Huỳnh Bích Trâm

BTL/BM/HD/QTTN/01.02
Doãn Đức Đại

LABone