

BTL/BM/HD/QTTN/01.02

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterPlate™ Malt Extract Agar**
Mã sản phẩm: **05056**
Lô sản xuất: **211224**
Hạn sử dụng: **210325**
Bảo quản: **2°C – 8°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Thạch màu hổ phách, trong suốt	Đạt
Độ pH	$5,6 \pm 0,2$	Đạt
Độ dày của thạch (mm)	4 ± 1	Đạt
Đường kính đĩa (mm)	$90 \pm 0,5$	Đạt
Thể tích (mL)	20 ± 2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 20 – 25°C sau 72 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (P _R)	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy sau 72 giờ, ủ ở 20 – 25°C, với lượng cấy $\leq 10^3 - 10^4$ CFU/ mL		
<i>S. cerevisiae</i> ATCC 20827	Mọc tốt	Đạt
<i>C. albicans</i> ATCC 10231	Mọc tốt	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng

Huỳnh Bích Trâm

Doãn Đức Đại