

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterTube™ BHI bổ sung XV**
Mã sản phẩm: **08010**
Lô sản xuất: **211224**
Hạn sử dụng: **210625**
Bảo quản: **2°C – 8°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt đồng nhất, không đục, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Dung dịch màu vàng nhạt, trong suốt	Đạt
Độ pH	$7,4 \pm 0,2$	Đạt
Chiều cao ống (mm)	100 ± 2	Đạt
Đường kính ống (mm)	$16 \pm 0,5$	Đạt
Thể tích (mL)	$5 \pm 0,2$	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C từ 18 – 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (Pr)	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy từ 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy $\leq 10^2$ CFU/ mL		
<i>H. influenzae</i> ATCC 49766	Mọc tốt	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng



Huỳnh Bích Trâm



Doãn Đức Đại