

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: TraceMedia™ Rapaport - Vasiliadis/ BacterTube™ Rapaport - Vasiliadis
Mã sản phẩm: TM22822.050/ 08044
Lô sản xuất: 211224
Hạn sử dụng: 210625
Bảo quản: 2°C – 8°C
Phương pháp: Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01
Thời gian thực hiện: 21/12/2024

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt đồng nhất, không đục, không tạp chất, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Dung dịch có màu xanh dương nhạt, trong suốt	Đạt
Độ pH	$5,1 \pm 0,2$	Đạt
Chiều cao ống (mm)	100 ± 2	Đạt
Đường kính ống (mm)	$16 \pm 0,5$	Đạt
Thể tích (mL)	$5 \pm 0,2$	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 18 – 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (P _R)	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy trong 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy $\leq 10^2$ CFU/ mL		
<i>S. typhimurium</i> ATCC 14028	Mọc tốt	Đạt
<i>P. aeruginosa</i> ATCC 9027	Ức chế	Đạt
<i>E. coli</i> ATCC 25922	Ức chế	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng

Huỳnh Bích Trâm

Doãn Đức Đại