

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterTube™ Fluorocult**
 Mã sản phẩm: **08048**
 Lô sản xuất: **211224**
 Hạn sử dụng: **210325**
 Bảo quản: **2°C – 8°C**
 Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
 Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Dung dịch màu xanh nhạt, đục	Đạt
Độ pH	6,8 ± 0,2	Đạt
Chiều cao ống (mm)	100 ± 2	Đạt
Đường kính ống (mm)	16 ± 0,5	Đạt
Thể tích (mL)	5 ± 0,2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 18 – 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (P _R)			KẾT QUẢ
	Môi trường chuyển màu xanh lam	Phát huỳnh quang	Phản ứng Indole	
Điều kiện nuôi cấy sau 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy ≤ 10 ² CFU/ mL				
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	+	+	+	Đạt
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 31488	+	-	-	Đạt
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 10145	+	-	-	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng


Huỳnh Bích Trâm




Doãn Đức Đại