

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterTube™ Tryptic Soy Broth (TSB) 15% Glycerol**
 Mã sản phẩm: **08052**
 Lô sản xuất: **211224**
 Hạn sử dụng: **211225**
 Bảo quản: **2°C – 8°C**
 Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
 Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Thạch màu vàng nhạt, trong suốt	Đạt
Độ pH	$7,3 \pm 0,2$	Đạt
Chiều cao ống (mm)	100 ± 2	Đạt
Đường kính ống (mm)	$16 \pm 0,5$	Đạt
Thể tích (mL)	$5 \pm 0,2$	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 18 – 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (P _R)	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy trong 18 - 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy $\leq 10^2$ CFU/ mL		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27823	Mọc tốt	Đạt
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25992	Mọc tốt	Đạt
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Mọc tốt	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng


Huỳnh Bích Trâm



Doãn Đức Đại