

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **SwabCollect™ Buffered Peptone Water (BPW), 4 mL**
Mã sản phẩm: **4108002**
Lô sản xuất: **120525**
Hạn sử dụng: **121126**
Bảo quản: **4°C – 25°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **12/05/2025**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan, màu sắc	Dung dịch đồng nhất, không phân lớp, màu vàng nhạt, trong suốt	Đạt
pH	7,2 ± 0,2	Đạt
Thể tích (mL)	4 ± 0,2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 72 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy từ 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy ≤ 10 ² CFU/mL		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 (WDCM 00013)	Mọc tốt	Đạt
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 (WDCM 00034)	Mọc tốt	Đạt
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC 14028 (WDCM 00031)	Mọc tốt	Đạt


KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng



Huỳnh Bích Trâm



Doãn Đức Đại