

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **SwabCollect™ Maximum Recovery Diluent, 4 mL**
Mã sản phẩm: **4108034**
Lô sản xuất: **120525**
Hạn sử dụng: **121126**
Bảo quản: **4°C – 25°C**
Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
Thời gian thực hiện: **12/05/2025**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Dung dịch trong suốt, màu vàng nhạt, không có kết tủa	Đạt
Độ pH	$7,0 \pm 0,2$	Đạt
Thể tích (mL)	$4 \pm 0,2$	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 72 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy trong 18 – 24 giờ, ủ ở 35 – 37°C, với lượng cấy $\leq 10^2$ CFU/ mL		
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 (WDCM 00013)	Mọc tốt	Đạt
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 (WDCM 00034)	Mọc tốt	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng


Huỳnh Bích Trâm



Doãn Đức Đại