

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterContact™ Tryptic Soy Agar + Lactamator 1000 IU + Neutralizing**

Mã sản phẩm: **4109031**

Lô sản xuất: **040825**

Hạn sử dụng: **040226**

Bảo quản: **2°C – 8°C**

Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**

Thời gian thực hiện: **04/08/2025**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Màu hồ phách, trong suốt hoặc hơi đục	Đạt
Độ pH	7,3 ± 0,2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở 35 – 37°C sau 72 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy: 48 – 72 giờ, ủ ở 20 – 25°C, với lượng cấy ≤ 10² CFU/ mL		
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Mọc tốt	Đạt
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	Mọc tốt	Đạt
Điều kiện nuôi cấy: 18 – 24 giờ, ủ ở 30 – 35°C, với lượng cấy ≤ 10² CFU/ mL		
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Mọc tốt	Đạt
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Mọc tốt	Đạt
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	Mọc tốt	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2025

Người thực hiện kiểm tra

Phòng Quản lý Chất lượng



Trần Ngọc Sang




Doãn Đức Đại